INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ANSE DETARTRAJ GUILIN WOODPECKER

Material in compozitie: Inox de inalta calitate

Scopul utilizarii: pentru detartraj, endodontie si prepararea cavitatilor

Folosire:

1. Detartraj: se va folosi doar cu functia de detartrare a aparatului

2. Functia Perio: se va folosi doar cu fucntia perio a aparatului (la unele aparate functia este optional)

3. Functia Endo: se va folosi doar cu functia endo a aparatelor de detartraj (unele aparate au aceasta functie optional)

Conditii de pastrare: ansele de detartraj vor fi pastrate doar in interior in incaperi uscate, curate si bine ventilate fara gaze corozive

Contraindicatii:

1. **A nu se folosi pe pacienti cu hemofilie**
2. **A nus e folosi pe pacienti sau de catre doctori care au pace maker instalat**
3. **A se folosi cu precautie pe pacientii cu boli de inima, femei gravid si copii**

Atentie:

1. **Ansele puse pe manerul de detartraj trebui stranse corespunzator**
2. **Ansele de detartraj vor fi stranse atunci cand se foloseste functia spray cocomitent**
3. **Ansele trebuie curatate si dezinfectate dupa fiecare folosire**
4. **Varfurile uzate si deformate se vor schimba cu altele noi**
5. **Nu indoiti si nu slefuiti ansele**
6. **Ansele aurii trebuie curatate imediat dup ace au fost imersate in solutie de apa oxigenata, hipoclorit, sau varfurile vor avea de suferit**

Folositi cheia dinamometrica cand strangeti ansa in maner

Conditii de sterilizare: **Temperature de 135 grade Celsius,**
Presiune de 0.22 MPa
Timp : 4 minute